de

Morsa LC Tray Löffelplatten

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle Personen, für die zur Behandlung individuelle Löffel benötigt werden.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Qualitative Angaben:
Oligomeres Urethanacrylat, Vinylesterharz, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on oder im 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, (+)-2,3-Dioxo-1,7,7-trimethylbicyclo-(2,2,1)-heptane di-bornan-2,3-dione, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphe Kieselsäure, Farbstoffe (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI. 73900), flavourings (Optamint).

Quantitative Angaben:
In 100 g sind 19 g Acrylate/Methacrylate und 80 g Glas enthalten.

Zweckbestimmung des Produkts
Morsa LC Tray Löffelplatten sind in Kühlhärtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten Basisplatten, zur Herstellung von verwindungsstabilen individuellen Abdrucklöffeln. Bisschablonen und weiteren Indikationen. Morsa LC Tray Löffelplatten kann in allen UV- und Halogen-Lichtgeräten ausgehärtet werden. Die Basisplatten werden in einer weiteren verwendbaren Lichtschutzbase geliefert, die als Container zum Transport oder zur Lagerung von Modellen, etc. einsetzbar ist.

Indikationen
- Individuelle Löffel
- Bisschablonen
- Basis für Platzhalterersatzstellungen
- Schlüssel zur Stützstiftregistrierung
- Kontrollbasis für Gerüstanproben
- Verblockung von Sekundär-Konus- oder Teleskopkronen

Kontraindikationen
Das Material enthält Methacrylate.
Bei Patienten mit einer Allergie gegen Methacrylate oder anders in dem Produkt enthaltene Stoffe, nicht anwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
Morsa LC Tray Löffelplatten polymerisiert mit Licht zu einem festen und kompakten Polymerisat.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen
Vermeiden Sie jeglichen Augen- und Hautkontakt mit dem unausgehärteten Material, also auch mit der inhibierten Schicht.

Wegen der Staubentwicklung beim Beschleifen eine Absaugung verwenden!

Vorbereitung/Herstellung
- Die Konturen des zukünftigen Löffels auf dem Modell anzeichnen.
- Unterschiedene Bereiche am Modell ausblocken.
- Als Platzhalter für die Abformmasse, das ganze Modell (z. B. mit Platteneswachs) ausblocken und Stopps ausschneiden, Bei sehr trockenem Gips, das Modell kurz wässern oder mit Isolierlösung oder Alginat-Isolierung verwenden.
- Die Basisplatte aus der Dose entnehmen und die Dose wieder verschließen.
- Die Basisplatte auf dem ausgeblockten Modell positionieren und 1-2 mm Luft unter

use alcohol to remove the smear layer.

Times:
Working at daylight 20 minutes

Polymerisation in an ultraviolet or Halogen light-curing unit, depending on the unit in use:
The top of the tray, on the model
3-5 minutes
The underside of the tray, off the model
3-5 minutes

Trimming:
Trim the custom tray with tungsten carbide burs and smooth it with sandpaper.

Hygiene:
Immerse impressions taken with Morsa LC Tray Löffelplatten customs trays in a disinfectant solution based on glutar aldehyde. The time depends on the disinfectant manufacturer's directions.

The finished medical product is used by the dentist, e.g. for individual trays with impression material.

Caution
The product has been developed for use in the dental sector and must be used according to the directions. The manufacturer accepts no liability for damage that results from use other than the above. Furthermore the user is obliged under his own responsibility to examine the material for its suitability and its usage possibilities for the intended applications, especially if the latter are not detailed in the directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product and its metabolites with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm2

Minimum shelf life
Do not use Morsa LC Tray Löffelplatten after the expiry date.

Variants
REF DH 000 301 N8 814 pink
REF DH 000 303 N8 814 blue

Disposal
Uncured material can be polymerised with light (sunlight or artificial light) and then disposed of as plastic waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or the patient is established.

en

Morsa LC Tray Löffelplatten

Instructions for use

Patient target group
All persons for whom individual trays are required for treatment.

Intended user
Dentist

Composition Qualitative data:
Oligomeric urethane acrylate, vinyl ester resin, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one or by 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethylbicyclo-(2,2,1)-heptane di-bornan-2,3-dione, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphous silica, dyestuffs (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optamint).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates and 80 g glass.

Intended use of the product
Morsa LC Tray Löffelplatten is a light-curing tray material in the form of prefabricated, basesplitters to make rigid, custom impression trays and bite-blocks, as well as for other indications. Morsa LC Tray Löffelplatten can be cured in all ultraviolet and Halogen light-curing units. The basesplates are supplied in a re-usable light-proof base that can be used for transporting or storing models, etc.

Indications
- Custom impression tray
- Bite-block
- Baseplate for setting up dentures
- Key for supporting pin registration
- Bite wafer for try-in framework
- Splinting outer coping or telescoping crowns

Contraindications
The material contains methacrylates.
Do not use in patients with an allergy to methacrylates or other substances contained in the product.

Performance characteristics of the product
Morsa LC Tray Löffelplatten polymerises with light to form a solid and compact polymer.

Specific precautions
Avoid any contact between the eyes and skin and the uncured material, i.e. also with the inhibited layer.
Always use a dust extractor when trimming the tray!

Preparation/Manufacture
- Mark the outline of the future tray on the model.
- Block out the undercuts on the model.
- To create a spacer for the impression material, block out the entire model (e.g. with a sheet of wax) and cut out the stops.
  If the plaster is very dry, soak the model briefly in water or apply dye isolation or an alginate isolation.
- Remove the baseplate from the box and close it.
- Once the model has been blocked out, adapt the basegauge to it and cut to shape using, e.g. a scalpel.
- Use the remaining material to form a handle and attach it to the tray.
- Place the model and tray in a light-curing unit and cure without vacuum.
- Remove the tray from the model and polymerize once again from the underside.
- If the tray has been cured without a vacuum, remove the cured inhibition layer.
- Adapted the tray to the base as model de plâtre fixé et découper à la forme souhaitée, par ex. à l'aide d'un scalpel.
- Former une poignée à partir des restes de la plaque de base et la mettre en place sur le porte-empreinte.
- Disposer le porte-empreinte et son modèle dans un appareil à lumière et polymériser sans vide d'air.
- Retirer le porte-empreinte du modèle et polymériser une seule fois sur la face inférieure.
  En ce qui concerne la polymérisation sans vide d'air, utiliser de l'alcool pour retirer la couche de lubrification.

Temps de travail:
Travail à la lumière du jour 20 minutes

Polymérisation dans les appareils à lumière UV ou halogène, en fonction de l'appareil:
Face supérieure avec modèle 3 à 5 minutes
Face inférieure sans modèle 3 à 5 minutes

Finition:
Réaliser la finition du porte-empreinte individuel à l'aide d'une fraiseuse à métaux durs et polir avec du papier émeri.

Hygiène:
Immerger les empreintes ainsi que les porte-empreintes individuels Morsa LC Tray Löffelplatten dans une solution désinfectante à base de glutaraldéhyde. La durée d'immersion varie selon les indications données par le fabricant.

Le produit médical fini est utilisé par le dentiste, par ex, pour des porte-empreintes individuels avec un matériau d'empreinte.

Attention
Le produit a été développé pour un usage dans le domaine dentaire et doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation autre que celle prescrite. Par ailleurs, l'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et la possibilité d'utilisation du matériau de sa propre initiative avant son utilisation, dans la mesure où celles-ci ne seraient pas mentionnées dans la notice d'utilisation.

Effets secondaires
Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit et de ses métabolites avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Caractéristiques techniques
Résistance à la flexion min. 130 N/mm2

Durée de conservation
Ne pas utiliser Morsa LC Tray Löffelplatten après la date d'expiration.

Variantes
REF DH 000 301 N8 814 rose
REF DH 000 303 N8 814 bleu

Élimination
Le matériau non durci peut être polymérisé à la lumière (lumière du soleil ou artificielle), puis éliminé en tant que déchet plastique.

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

fr

Morsa LC Tray Löffelplatten

Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Toutes les personnes pour lesquelles des porte-empreintes individuels sont nécessaires pour le traitement.

Utilisateur prévu
Dentiste

Données qualitatives de composition:
Acrylate d'uréthane oligomère, résine d'ester vinylique, 2,2-Diméthoxy-1,2-diphénylétha-ne-1-one ou par 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-triméthylbicyclo-(2,2,1)-heptane di-bornan-2,3-dione, diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propane-1-one, 2-éthylhexyl-4-(diméthylamino)benzoate, 2,2-diéthoxyacétophénone, soda-lime glass, amorphe silice, colorants (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), arômes (Optamint).

Données quantitatives:
En 100 g il y a 19 g de acrilatos/metacrilatos y 80 g de vidrio.

Finalidad del producto
Morsa LC Tray Löffelplatten es un material para cubetas fotopolimerizable presentado en forma de planchas base semiacabadas para la confección de cubetas de impresión individuales y resistentes a la torsión, plantillas de mordida y otras indicaciones. Morsa LC Tray Löffelplatten puede polimerizarse en todos los aparatos de luz UV o halógena. Las planchas base se entregan en un recipiente reutilizable, antiexpósito, contra la luz, que puede utilizarse como contenedor de transporte o para almacenar modelos, etc.

Indicaciones
- Cubetas individuales
- Plantillas de mordida
- Bases para el montaje de prótesis
- Llaves para el registro de apoyo gráfico
- Mordidas de control para pruebas de estructuras
- Inmovilización de piezas secundarias de coronas cónicas o de coronas telescópicas

Contraindicaciones
El material contiene metacrilatos.
No emplear en pacientes con alergia a los metacrilatos u otras sustancias del producto.

Características del producto
Morsa LC Tray Löffelplatten se polimeriza con la luz hasta convertirse en un polímero sólido y compacto.

Medidas preventivas especiales
Evite todo contacto con los ojos y la piel con el material no curado, así como con la capa de inhibición.
Utilizar al polvo generado durante el lijado, utilice un sistema de succión!

Preparación/fabricación
- Marcar los contornos de la futura cubeta sobre el modelo.
- Recortar todo el modelo (p. ej., con plancha de cera) y modelar espaciador para el material de impresión y recortar material de topes.
  En caso de encontrarse muy seca la escayola, sumergir brevemente el modelo en agua o utilizar un separador para modelos o separador de alginato.
- Extraer la plancha base del recipiente y cerrarlo.
- Adaptar la plancha base sobre el modelo de escayola preparado y recortar la forma deseada p. ej., con un bisturí.
- Formar un asa con los restos de la plancha base y unirla a la cubeta.
- Colocar la cubeta junto con el modelo en un aparato fotopolimerizador y polimerizar sin vacío.
- Levantar la cubeta del modelo y volver a polimerizar la cara inferior.
- Si la polimerización se realizó sin vacío, utilizar alcohol para eliminar la capa viscosa.

Tiempos:
Manipulación con luz diurna 20 minutos

Polimerización en aparatos de luz UV o halógena, según tipo de aparato:
Superficie superior con modelo 3-5 minutos
Superficie inferior sin modelo 3-5 minutos

Elaboración:
- Repasar la cubeta individual con fresas de carburo y alisarla con papel de lija.

Higiene:
Sumergir las impresiones con cubetas individuales Morsa LC Tray Löffelplatten en una solución desinfectante a base de aldehído glutárico. La duración la determinan las correspondientes instrucciones del fabricante.

El producto sanitario final lo utilizará el dentista, por ejemplo, para cubetas individuales con material de impresión.

Precaución
El producto ha sido desarrollado para su uso en odontología y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños producidos por un mal uso del producto. Además, el usuario debe examinar, bajo su propia responsabilidad y antes de su utilización, la adecuación y utilidad del material para los fines previstos, especialmente si no figuran en las instrucciones de uso.

Efectos secundarios
No se conocen efectos segundarios.

Interacciones
Se desconoce la interacción del producto y los metabolitos con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias.

Datos técnicos
Resistencia a la torsión mín. 130 N/mm2

Vida útil
No emplear Morsa LC Tray Löffelplatten después de transcurrida la fecha de caducidad.

Variantes
REF DH 000 301 N8 814 rosa
REF DH 000 303 N8 814 azul

Eliminación
El material no curado puede polimerizarse con la luz (luz solar o artificial) y, a continuación, eliminarse como residuo de plástico.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se deben comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

es

Morsa LC Tray Löffelplatten

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Chiunque abbia bisogno di portaimpronte individuali per il trattamento.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione informazioni qualitative:
Oligomero di acrilato di uretano, resina vinilestere, 2,2-dimetossi-1,2-difeniletan-1-one o per chetone 2,2-dimetossi-2-fenilacetofenone, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2,2,1)-eptano di-bornan-2,3-dione, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinoxido, 2-idrossi-2-metil-1-fenil-propan-1-one, 2-etilesil-4-(dimetilammino)benzoato, 2,2 Dietossiacetofenone, vetro sodocalcico, silice amorfa, coloranti (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigmento azul CI 74160 / pigmento violeta 19 = C.I. 73900), aromi (Optamint).

Informazioni quantitative:
In 100 g contengono 19 gli acrilati/metacrilati e 80 g di vetro.

Destinazione d'uso del prodotto
Morsa LC Tray Löffelplatten è un materiale fotopolimerizzabile, disponibile in placche preformate, per la realizzazione di portaimpronte individuali stabili alla torsione, placche occlusali e altre indicazioni. Morsa LC Tray Löffelplatten può essere fotopolimerizzato in tutti gli apparecchi alla luce UV o alogena. Le placche preformate sono fornite in una scatola riparata dalla luce, utilizzabile come contenitore per trasporto o conservazione dei modelli etc.

Indicazioni
- Portaimpronta individuale
- Placche occlusali
- Base per il montaggio dei denti per protesi
- Base per la registrazione dell'arco gotico
- Mastiche per vertifica
- Bloccaggio di corone secondarie a cono o telescopiche

Controindicazioni
Il materiale contiene metacrilati.
Non usare in pazienti allergici ai metacrilati o ad altre sostanze contenute nel prodotto.

Caratteristiche del prodotto
Morsa LC Tray Löffelplatten si polimerizza con la luce così da creare un polimerizzato solido e compatto.

Precauzioni speciali
Evitare qualsiasi contatto del materiale non indurito con occhi e pelle, evitare il contatto anche con lo strato inibito.
Durante la rifinitura, usare un impianto di aspirazione per eliminare la polvere di polvere!

Preparazione/produzione
- Segnare sul modello i contorni del futuro portaimpronte.
- Bloccare le zone in sottosquadro sul modello. Bloccare tutto il modello, usando ad es. dei fogli di cera e ritagliare gli stop. Se il materiale da impronta ed eliminare la cera nei punti di stop.
- Se si utilizza gesso particolarmente asciutto, bagnare brevemente il modello o applicare isolante per modelli in gesso. Oppure impiegare un materiale di impressione e recortar material de separadores.
- In caso de encontrarse muy seca la escayola, sumergir brevemente el modelo en agua o utilizar un separador para modelos o separador de alginato.
- Estraer la placca base del recipiente y cerrarlo.
- Adaptar la placca base sobre el modello de gesso preparato e ritagliare la forma desiderata p. es., con un bisturi.
- Rimuovere il portaimpronte dal modello e polimerizzarlo anche dalla parte inferiore.
- In caso di polimerizzazione senza vuoto, usare alcool per eliminare lo strato gelatinoso.

Tempi:
Lavorazione con luce diurna 20 minuti

Polimerizzazione in apparecchio a luce UV o alogena, a seconda del tipo di apparecchio:
parte superiore del portaimpronte con modello 3-5 minuti
parte inferiore del portaimpronte senza modello 3-5 minuti

Finitura:
- Rifinire il portaimpronte individuale con frese al carburo di tungsteno e levigare con carta abrasiva.

Igiene:
Immergere le impronte eseguite con il portaimpronte individuale Morsa LC Tray Löffelplatten in una soluzione disinfettante a base di aldeide glutarica. La durata varia in base alle indicazioni del produttore.

Il prodotto medico finito viene utilizzato dal dentista, ad es. per portaimpronte individuali con materiale per impronta.

Attenzione
Il prodotto è stato concepito per l'utilizzo nel settore odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Per danni derivanti da qualsiasi altro utilizzo, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a controllare in autonomia che il materiale sia idoneo e utilizzabile in conformità con gli scopi previsti prima dell'uso, soprattutto se questi non sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Dati tecnici
Resistenza alla flessione min. 130 N/mm2

Durata minima
Non usare Morsa LC Tray Löffelplatten oltre la data di scadenza.

Varianti
REF DH 000 301 N8 814 rosa
REF DH 000 303 N8 814 blu

Smaltimento
Il materiale non indurito può essere polimerizzato con la luce (luce solare o luce artificiale) e poi smaltito come rifiuto plastico.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

it

Morsa LC Tray Löffelplatten

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Alle personen voor wie bij de behandeling individuele afdrukleepels nodig zijn.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling kwalitatieve gegevens:
Oligomeer urethaanacrylaat, vinylesterhars, 2,2-dimethoxy-1,2-difenylethaan-1-on of met 2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptaan di-bornan-2,3-dion, difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-fenyl-propaan-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoaat, 2,2 Diethoxyacetofenon, vidrio sodocálcico, silice amorfa, colorantes (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromatisatoren (Optamint).

Kwantitatieve gegevens:
In 100 g bevat 19 g acrylaat/methacrylaat en 80 g glas.

Doel van het product
Morsa LC Tray Löffelplatten is een lichthardend lepelmateriaal in de vorm van voorgevormde basisplaten voor het vervaardigen van torsiebestendige individuele afdrukleepels, beetsjablonen en overige indicaties. Morsa LC Tray Löffelplatten kan in alle ultraviolet- en halogeenlampen worden gehard. De basisplaten worden geleverd in een herbruikbare lichtdichte verpakking, die te gebruiken is als container voor het transport of voor het opslaan van modellen etc.

Indicaties
- Individuele afdrukleepels
- Beetsjablonen
- Basis voor prothesemontage
- Sleutel voor beetbepaling met steunpen
- Controlebasis voor passproeven tanmes
- Blokkeren van secundaire conus- of telescoopkronen

Contra-indicaties
Het materiaal bevat methacrylaat.
Niet gebruiken bij patiënten met een allergie voor methacrylaat of andere in het product verwerkte stoffen.

Eigenschappen van het product
Morsa LC Tray Löffelplatten polymeriseert met licht tot een vast en compact polymerisaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Vermijd elk oog- en huidcontact met het niet-uitgeharde material, dus ook met de geïnhibeerde laag.
Gebruik bij het slijpen een afzuiging vanwege de stofontwikkeling!

Voorbereiden/produceren
- Teken de contouren van de toekomstige lepel af op het model.
- Dek het model geheel gedeelte op het model af.
- Dek het hele model (bijv. met een laag was) af en snij stops uit om een afstandshouder voor het afdrukmateriaal te maken.
  Was het model kurk of gebruik een modelisolatie of alginaat-isolatie bij zeer droog gips.
- Neem de basisplaat uit de verpakking en sluit de verpakking.
- Pas de basisplaat aan op het afgedekte gipsmodel en snijd het met bijv. een scalpel in de gewenste vorm.
- Vorm met de resten van de basisplaat een handgreep en plaats deze tegen de afdrukrand.
- Doe de afdrukleepel met het model in een lichtapparaat en laat het zonder vacuüm uitharden.
- Neem de afdrukleepel van het model en laat het vanuit de onderkant nogmaals polymeriseren.
- Gebruik bij het polymerisatie zonder vacuüm alcohol voor het verwijderen van de vervuilde laag.

Tijden:
Verwerken bij daglicht 20 minuten

Polymeriseren in apparaat met uv- of halogeenlampen, afhankelijk van het apparaat:
bovenkant met model 3-5 minuten
onderkant zonder model 3-5 minuten

Uitwerken:
- Werk de individuele lepel met een hardmetaalfrees uit en maak glad met schuurpapier.

Hygiëne:
Leg afdrukken met individuele Morsa LC Tray Löffelplatten afdrukleepels in een desinfecteren-de oplossing op basis van glutaaraldehyde. De duur hiervan is afhankelijk van de instructies van de fabrikant.

Het voltooide medische hulpmiddel wordt door de tandarts gebruikt, bijv. voor individuele afdrukleepels met afdrukmateriaal.

Voorzichtig
Het product werd ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde en moet conform de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Voor schade die het gevolg is van enig ander gebruik aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Daarnaast is de gebruiker verplicht om het materiaal op eigen verantwoordelijkheid voor gebruik te controleren op geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor de beoogde doeleinden, met name als deze niet in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen van het product en zijn metabolieten met andere medische hulpmiddelen, medicijnen of overige stoffen bekend.

Technische gegevens
Buigsterkte min. 130 N/mm2

Minimale houdbaarheid
Gebruik Morsa LC Tray Löffelplatten niet na de vervaldatum.

Varianten
REF DH 000 301 N8 814 roze
REF DH 000 303 N8 814 blauw

Afvoeren
Niet-uitgehard materiaal kan met licht (zonlicht of kunstlicht) worden gepolymeriseerd en vervolgens worden afgevoerd als plasticafval.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

nl

Morsa LC Tray Löffelplatten

Brugsanvisning

Patientmålgruppe
Alle personer, der har brug for individuelle aftrykskeer i forbindelse med en behandling.

tiltænkt bruger
Tandlæge

Sammensætning Kvalitative Angiveser:
Oligomert urethanacrylat, vinylesterharpiks, 2,2 dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on eller kunt omkring 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenon, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptan, di-bornan-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfinoksyd, 2-hydroxy-2-methyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4- (dimethylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, sodakalkglas, amorf silica, farvestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smagsstoffer (optamint).

Kvantitative oplysninger:
100 g indeholder 19 g akrylater/metakrylater og 80 g glas.

Produktets tilsigtede brug
Morsa LC Tray Löffelplatten er et lyshærdende stabilt aftrykslejer i form af præfabrikerede bassisplader til fremstilling af torsionsbestandige individuelle aftrykskeer, bideskabeloner og andre indikationer. Morsa LC Tray Löffelplatten kan hærdes i alle UV- og halogenlysudstyr. Bassiplaterne leveres i en lysbeskyttende opbevaringsbase, der genanvendelig og også kan bruges til transport eller opbevaring af modeller etc.

Indikationer
- Individuelle aftrykskeer
- Bideskabeloner
- Basis for protesseopstillinger
- Nøgle til stiftestiftsregistrering
- Kontrolbasis til prøvepasning af konstruktioner
- Blokering af sekundære koniske eller teleskopiske kroner

Kontraindikationer
Materialet indeholder methacrylater.
Må ikke anvendes på patienter som er allergiske overfor methacrylater eller andre stoffer i produktet.

Produktets egenskaber
Morsa LC Tray Löffelplatten polymeriserer med lys for at danne en solid og kompakt polymerisat.

Særlige forholdsregler
Undgå al øjen- og hudkontakt med det uhærdede materiale, inklusive det inhiberede lag.
Brug en sugeindretning på grund af støvdannelse under slibning!

Forberedelse/fremstilling
- Markér konturerne af den fremtidige ske på modellen.
- Bloker al områder på modellen, der går ind under sig.
  Som en pladsholder for aftrykningsmaterialet blokerer du hele modellen (f.eks. med pladevoks) og skærer stop ud.
  Ved meget tørt gips, skal du bløgøre modellen med lidt vand, eller bruge en modelisolering eller alginat isolering.
- Tag basispladen ud af boksen, og luk boksen igen.
- Tilpas basispladen til den blokerede gipsmodel og skær f.eks. den ønskede form i med en skalpel.
- Form et håndtak fra restene til grunnplaten og fest til aftrykket.
- Placer brettet med modellen i et lysapparat og hærd uten vakuum.
- Ta brettet med modellen av polymeriser igjen fra undersiden.
- Hvis brettet ble herdet uten vakuum, fjern den herdede hemmende lag.
- Fjern skeen fra modellen, og polymeriser den igen fra undersiden.
- Brug alkohol til at fjerne det udtrængede lag, når du polymeriserer uden vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysapparater, afhængig av enhet:
Overside med modell 3-5 minutter
Underside uten modell 3-5 minutter

Utarbeiding:
- Utarbeid den individuelle brettet med hårdmetallfresing og jevn ut med sandpapir.

Hygiene:
Plasser utformingene med individuelle Morsa LC Tray Löffelplatten-skjeer i en desinfiserende løsning på glutaraldehydbase. Varigheten er avhengig av den respektive informasjonen fra produsenten.

Det ferdige medisinske produktet brukes av tannlegen, f.eks. for individuelle brett med avtrykksmaterialer.

Forsigtig
Produktet er utviklet til bruk innenfor tannhelsen og må brukes i henhold til instruksjoner for bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av annen bruk. I tillegg er brukeren ansvarlig for å kontrollere materialet før bruk for egnethet og mulig bruk for dets tiltenkte formål, spesielt hvis disse ikke er oppført i instruksjoner for bruk.

Bivirkninger
Ukendte bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner
Interaksjoner mellom produktet og dets metabolitter med andre medisinske produkter, legemidler eller andre stoffer er ikke kjent.

Tekniske data
Bøyestyrke min. 130 N/mm2

Minste holdbarhet
Morsa LC Tray Löffelplatten må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Varianter
REF DH 000 301 N8 814 rosa
REF DH 000 303 N8 814 blå

Kassering
Uherdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstig lys) og deretter kastes som plastavfall.

Alle alvorlige hændelser som har opstået i forbindelse med produktet må rapporteres til producenten og vedkommende myndighed i medlemsstaten der brukeren og/eller patienten har sitt bosted.

da

Morsa LC Tray Löffelplatten

Instruksjoner for bruk

Pasientmålgruppe
Alle personer som trenger individuelle brett for behandlingen.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning kvalitative opplysninger:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharpiks, 2,2 dimetoxy-1,2-difeniletan-1-on eller runt 2,2 Dimetoxy-2-fenylacetofenon, (+ -) - 2,3-dioksa-1,7,7-trimetylbicyklo- (2,2,1) -heptan, di-bornan-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) fosfinoksid, 2-hydroksy-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylheksyl-4- (dimetylamino) benzoat, 2,2 Dietoksiacetofenon, sodakalkglass, amorf silika, fargestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485/Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smakstoffer (optamint).

Kvantitative opplysninger:
100 g inneholder 19 g akrylater/metakrylater og 80 g glass.

Avsedd användning av produkten
Morsa LC Tray Löffelplatten är ett ljushärdande bicinmaterial för prefabricerade bottenplattor för framställning av torsionsbeständiga individuella avtrycksskedar, bitmallar och andra indikationer. Morsa LC Tray Löffelplatten kan härdas i all UV- och halogenljusutrustning. Basplattorna levereras i en återanvändbar ljusskyddsbas som kan användas som en behållare för transport eller förvaring av modeller etc.

Indikationer
- Individuella brickor
- Bettschablonen
- Grund för protesuppställningar
- Stödregistreringsnyckel
- Kontrollbett protesprover
- Blockering av sekundära koniska eller teleskopiska kronor

Kontraindikationer
Materialet innehåller metakrylater.
Använd inte på patienter som är allergiska mot metakrylater eller andra ämnen i produkten.

Prestandegenskaperna på produkten
Morsa LC Tray Löffelplatten polymeriserar med ljus för att bilda en fast och kompakt polymerisat.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Undvik all gårdskontakt och hudkontakt med det härdade materialet, inklusive det inhiberade skiktet.
Använd en suganordning på grund av dammbildning vid slipning!

Förberedelse/tillverkning
- Markera konturerna för den framtida brickan på modellen.
- Blockera undersökningsområden på modellen.
  Som platshållare för utformningsmaterialet, blockera hela modellen (t.ex. med arkvax) och klipp ut stoppen.
  Om gipset är mycket torrt, blötläggg modellen kort eller använd en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta bort bottenplattan från burken och stäng burken igen.
- Anpassa bottenplattan till den blockerade gipsmodellen och skär t.ex. i önskad form med en skalpell.
- Forma ett grepp från resterna av bottenplattan och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en ljusfast anordning och härd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera igen från undersidan.
- Om brickan härdades utan vakuum, avlägsna det icke härdade skiktet.
- Använd alkohol för att ta bort smetlagret när du polymeriserar utan vakuum.

Tider:
Bearbetning i dagsljus 20 minuter

Polymerisering i UV- eller halogenljusapparater, avhängig av enhet:
Ovanför med modell 3-5 minuter
Undersida utan modell 3-5 minuter

Utarbetning:
- Utarbeta den individuella brickan med hårdmetallborrar och jämna ut den med sandpapper.

Hygien:
Placera avformningar i en desinficeringslösning baserad på glutaraldehyd med enskilda Morsa LC Tray Löffelplatten brickor. Varaktigheten beror på respektive tillverkares information.

Den färdiga medicinska produkten används av tandläkaren, t.ex. för enskilda bricker med avtrycksmaterial.

Var försiktig
Produkten har utvecklats för användning inom tandvården och måste användas i enlighet med bruksanvisning. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av annan användning. Dessutom är användaren ansvarig för att kontrollera materialet innan det används för lämplighet och möjlig användning för avsedda ändamål, särskilt om dessa inte listas i bruksanvisning.

Biverkningar
Det finns inga kända oönskade biverkningar.

Interaktioner
En interaktion mellan produkten och dess metaboliter med andra medicinska produkter, läkemedel eller andra ämnen är inte känd.

Tekniska data
Böjhållfasthet min 130 N/mm2

Minsta hållbarhetstid
Använd inte Morsa LC Tray Löffelplatten efter utgångsdatum.

Varianter
REF DH 000 301 N8 814 rosa
REF DH 000 303 N8 814 blå

Avfallshantering
Ohärdat material kan polymeriseras med ljus (solljus eller artificiellt ljus) och sedan kasseras som plastavfall.

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

no

Morsa LC Tray Löffelplatten

Bruksanvisning

Patientmålgrupp
Alla som behöver enskilda brickor för behandlingen.

avsedd användare
Tandläkare

Sammansättning kvalitativa uppgifter:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharts, 2,2 Dimetoxi-1,2-difenyletan-1-on eller runt 2,2 Dimetoxi-2-fenylacetofenon, (+ -) - 2,3-dioxo-1,7,7-trimetylbicyklo- (2,2,1) -heptan, di-bornan-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid, 2-hydroxi-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylhexyl-4- (dimetylamino) bensoat, 2,2 Dietoxiacetofenon, sodakalkglas, amorf kiseldioxid, färgämnen (Pigment Red 146 = CI 12485/Pigment Blue 29 = CI 77007/D&C Red 30 = CI 73360/Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet 19 = CI 73900), smakämnen (Optamint).

Kvalitativa uppgifter:
100 g innehåller 19 g akrylater/metakrylater och 80 g glas.

Avsedd användning av produkten
Morsa LC Tray Löffelplatten är ett ljushärdande bicinmaterial för prefabricerade bottenplattor för framställning av torsionsbestän-diga individuella avtrycksskedar, bitmallar och andra indikationer. Morsa LC Tray Löffelplatten kan härdas i

et

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Kasutusjuhend

Patsientide sihtrühm
Kõik sikud, kelle ravimiseks on vaja eraldi künnite.

ettenähtud kasutaja
Hambaarst

Koostis Kvalitatiivsed andmed:
Oligomeerne uretaanakrülaat, vinüülestervaik, 2,2-dimetüüloksü-1,2-difenüületaan-1-on või 2,2-dimetoksü-2-fenüületanoon, 2-hüdroksü-2-metüül-1-fenüül-propaan-1-on, 2-etüülheksüül-4-(dimetüülamino)bensoaat, 2,2-dietoksüatsetofenoon, tubi-naatornist klaas, ränitolm (ränihape, võrvained (pigment punane 166 + CI 12485 / pigment sinine 29 + CI 77007 / D&C punane 30 = CI 73360 / pigment sinine CI 74160 / pigment violetne 19 = CI. 73900), lõhnaja maitseained (Optimtill).

Kvalitatiivsed andmed:
100 g sisaldab 19 g akrüülaate/metakrülaate ja 80 g klaasi.

Toote sihtotstarve
Morsa LC Tray Lõffelplaatide on valguskõvanev isikumaterjal eelnevalt valmis pandud kaapsloplaatide kujul, mis on ette nähtud rõhkendikidrate enabl jõljendiuskarte ja hambumuvalidide valmistamiseks ning muude labidustehte jaoks. Morsa LC Tray Lõffelplaatidel võib kõvastada mis tahes UV- ja halogeenanjuuslaas. Basiskomponendi tamtsiine mitmesugust kasutatavas valguse eest kaitsvas karbis, mida saab kasutada mudelite jne transpordi- või labdustamismahuna.

Nõudmused
Materjal sisaldab metakrülaate. Metakrülaatide võib muude toote sisaldavate materjalide vastu allergilise patsientide mitte kasutada.

Toote jõudlustunnused
Morsa LC Tray Lõffelplaatten polümeriseeruib valguse toimel lugevaks ja kompaktseks polümeriseeruvaks.

Erilised ettevaatusabinõud
Vältige silmade ja naha mis tahes kokkupuudet kõvastumata materjali, ilma pärast kõvastumist. Tolmu tekkimise tõttu kasutage lihvimisel imurit!

Ettevaimistus/valmistamine
- Joonistage tulevase jõljendiuskse kontuurid mudelile.
- Blokeerige kattuvad kohad mudelil.
- Jõljendiuskaalus kasutage kuni tuleb blokeeritud kogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake topid välja.
- Võga kuivas kipsi puhul tuleb mudelit veidi veega niisutada või kasutada mudelit isoleerimisvedelikt või olgimaadiga isoleerimisvahendit.
- Võtke baasisplaat karbist välja ja lõigake sobi uuesti.
- Kohandage baasisplaat blokeeritud lõpmudeliga ja lõigake nt skalpelli abil soovitud kujule.
- Baasplaadi äärdekest valmistage sang ja kinnitage kaiba peale.
- Sisestage lusikas kaus mudeliga valguskõvastuvate ahju ja kõvastage ühe mudel vaakumita.
- Eemaldage luuskas mudelilt ja poolmeriseerige veelkord alt.
- Vaakumita polümeriseerimise korral kasutage eemaldamiseks alkoholit määrdekihti.

Ajad:
Töötlemine päevavalgues 20 minutit

Poolmeriseerimine UV- või halogeenahjudes (eenevalt ahjust:
ülemine külg koos mudeliga 3–5 minutit
alumine külg ilma mudeliita 3–5 minutit

Vormimine:
- vormige individuaalset lusikat kõvamatelt treesiga ja lihvige lihvapaberiga.

Hõigeen:
asetage jõljendid koos individuaalsete Morsa LC Tray Lõffelplaatten lusikatega desinfitseerimisahusesse, mis on valmistatud glutaaldehüdidist. Kestus järgneb vastavatest tootja juhistest.

Valmis meditsiinitootedt kasutab hambaarst, nt individuaalsetele luiskate jaoks koos jõljendimaterjaliga.

Ettevaatus
Toode on ette nähtud hambaravivaldkonnas kasutamiseks ja seda tuleb kasutada kasutusjuhiste kohaselt. Kahjude eest, mis on tekkinud muu kasutuse tulemusel, tootja ei vastuta. Lisaks on kasutaja kohustatud oma vastutusel kontrollima materjali sobivust ja kasutusvõimalusi ettenähtud kasutusotstarbe jaoks enne selle kasutamist, kui neid ei ole tootjalt kasutajuhendis.

Kõrvaltoimed
Ebasoovitavaid kõrvaltoimeid ei ole teada.

Koostoimed
Toote ja selle metaboliitide koostoime teiste meditsiinitoodete, ravimite või muude ainetega ei ole teada.

Tehnilised andmed
Paindetugevus vähemalt 130 N/mm²

Säilitusaeg
Morsa LC Tray Lõffelplaatten ei ole kõlbatud kasutada, kui säilitusaeg on möödas.

Variandid
REF DH 000 301 NB 814 roosa
REF DH 000 303 NB 814 sinine

Kõlblemine
Kõvastumata materjali saab poolmeriseerida valgusega (päikesevalguse või tehisvalgusega) ja seejärel kõldelda prügiõtmena.

Kõlidalt seoses tootega tekkinud raskestest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja liikmesriigi, kus kasutaja ja/või patsient elavad, vastutavat asutust.

lv

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķa grupa
Piemērots visiem pacientiem, kuru ārstēšanai nepieciešamas individuālas lokšņveida karotes.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāva kvalitātes dati:
Oligomērais uretāna akrilāts, vinila esteris dervo, 2,2 Dimetoksi-1,2-difenletān-1-ona oras 2,2 dimetoksi-2-fenilacetofenons, (+ -) - 2,3-diskso-1,7,7-trimetil-biciklo- (2,2,1) -heptāna-2,3-dionāts, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoāts, 2,2 dietoksiacetofenons, nātrija kalcija silikāts, amorfs silīcijskābes pulveris, pigmenti pigments 146 = CI 12485 / zilais pigments 29 = CI 77007 / D&C sarkans 30 = CI 73360 / zilais pigments CI 74160 / violetais pigments 19 = CI 73900), aromatizētāji (Optamint).

Kvalitatīvais dati:
100 g sīkdaļu 19 g akrilāta/metakrilāta un 80 g stikla.

Paredzētais lietošanas mērķis
Morsa LC Tray Lõffelplaatten ir gaismā sacietējošs vienreizējas lietošanas karotu materiāls iepriekšēj sagatavotos plākšņu veidā, ko leto. lai ievadītu cietas individuālās nospiedumu formas. Morsa LC Tray Lõffelplaatten izmantotu arī citu individuālu gudījumā. Morsa LC Tray Lõffelplaatten ir paredzēti gaismā aizlietni su visās UV ir halogēnlampās šviesos pretestais. Pagrindinės plokštelės pristatomos daugkartinio naudojimo metalinėje kasetėje, kuri gali būti naudojama kaip dėklas modeliams gabenti ar saugoti ir pan.

Indikācijas
- Individuālais lusiktai
- Sākandžo šablonai
- Profilu gaumžņa pagrindas
- Sākandžo reģistrācijo nustatymas
- Kontrolinių kandžių žymėjimas
- Antrinių kūgnių ar teleskopinių vainikų blokavimas

Kontrindikācijas
Medžiagoje yra metakrilatų.
Negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški metakrilatams ar kitoms produkto sudėtyje esantiems medžiagoms.

Produkta savybes
Morsa LC Tray Lõffelplaten polimerizējusi pievektos šviesos ir susidaro vientisas ir kompaktiškas polimeras.

Specialiosios profilaktikos priemonės
Venkite bet kokio akių ir odos kontakto su nesukietėjusia medžiaga, įskaitant šlapinimą sluoksnį.
Siltuodami nuoskilte siurbimo (tais), kadangi susidaro dulkės.

Paruošimas / gamyba
- Ant modelio pažymėkite būsimo šaukšto kontūrus.
- Užblokuokite modelio apipjovimo vietas.
- Visą modelį (pvz., vaško plokštelės) paruoškite atspaudo modelį uždėti ir išgraužkite įspaudusias vietas.
- Itin sauso gipso atveju trumpai mirkyti šiek tiek sukietėjusio modelio paviršių.
- Modelio izoliacija arba alginato izoliacija.
- Nuimkite pagrindo plokštelę iš dėklutės ir vėl uždarykite dėklutę.
- Pritaikykite pagrindo plokštę prie užtikrinto gipso modelio ir, pavyzdžiui, skalpeliu išpjaustykite norimą formą.
- Užpildykite plokštelės šaukšto sutvirtinančią rankenėlę ir privirtinkite ją prie šaukšto.
- Įdėkite šaukštą su modeliu į šviesos prietaisą ir sukietinkite rėžtimu be vakuumo.
- Nuimkite šaukštą nuo modelio ir vėl polimerizuokite be vakuumo.
- Polimerizuodami be vakuumo, tepimo skuskinsi palaliinti naudokite alkoholį.

Laikas:
Apstrāde dienas gaismā 20 minūšu laikā

Polimerizācija ar UV vai halogēna gaismas avotiem – atkarībā no ierīces:
Apakšpuse bez modeļa 3-5 minūtes
Apakšpuse: 3-5 minūtes

Parengimas:
- Individualų šaukštą užbaikite apdirbdami kieto metalo tresiomis ir šlyginkite šlifavimo popieriumi.

Hõigiena:
Lõikėte otspausdu du individualiais Morsa LC Tray Lõffelplaten šaukštais į dezinfekcijunti glutaraldehido bazės tirpalą. Trukmė priklauso nuo gamintojo specifikacijų.

- Gatavo medicīnos produktą naudoja odontologas, pvz., atskiriems šaukštams su atspauda medžiaga.

Atsargiai
Produkta bus buvo sukurtas naudoti odontologijos srityje ir turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukciją. Gamintojas neprisima atsakomybės atbūdbu par zaudėjimus, ko rada citāda lietošana. Turkāt lietotājam, pašam uzņemoties par to atbildību, pirms lietošanas ir jāpārbauda materiāla piemērotība un izmantošanas iespēja paredzētajiem mērķiem. If Ipadi, ja tie nav norādīti lietošanas instrukcijā.

Blaknes
Nav zināms par nevēlamām blaknēm.

Mijiedarbība
Nav zināms par šī izstrādājuma un tā metabolītu mijiedarbību ar citām medicīnas ierīcēm, zāļēm un citām vielām.

Tehniskie dati
Lieces stiprība ne mazāksnā kaip 130 N / mm2

Derīguma termiņš
Nelietojiet Morsa LC Tray Lõffelplaten pēc derīguma termiņa beigām.

Varianti
REF DH 000 301 NB 814 sārts
REF DH 000 303 NB 814 zils

Likvidācija
Nesacietējušu materiālu var polimerizēt ar gaismu (saules gaismu vai mākslīgo gaismu) un tad likvidēt kā plastmasas atkritumus.

Par visiem nopietniem atgadījumiem saistībā ar šo izstrādājumu ir jāinformē ražotāja un lietotāja un/vai pacienta reidences dalibvalsts atbildīgā iestāde.

lt

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Naudojimo instrukcija

Tikslinė pacientų grupė
Visi asmenys, kuriems gydyti reikalingi individualūs šaukštai.

Numatyti naudotojai
Odontologas

Sudėtis, kokybiniai duomenys:
Oligomerinis uretanowo akrilatas, vinilo esteris dervo, 2,2 Dimetoksi-1,2-difenletān-1-ona oras 2,2 dimetoksi-2-fenilacetofenons, (+ -) - 2,3-diskso-1,7,7-trimetil-biciklo- (2,2,1) -heptāna-2,3-dionāts, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoāts, 2,2 dietoksiacetofenons, nātrija kalcija silikāts, amorfs silīcijskābes pulveris, pigmenti pigments 146 = CI 12485 / mėlynas pigmentas 29 = CI 77007 / D&C raudonas 30 = CI 73360 / mėlynas pigmentas CI 74160 / violetinis pigmentas 19 = CI 73900), kvapiosios medžiagos (Optamint).

Kvalitatyvūs duomenys:
100 g produkto yra 19 g akrilato / metakrilato ir 80 g stiklo.

Numatytas produkto naudojimas
Morsa LC Tray Lõffelplaten ir šviesoje kietėjanti šaukšty masė, pagaminta kaip iš anksto parusota paginda plokštelėk, skirta gamintī didelio susitraukimo antagonistų atspaudų šaukštus, sąkandžio šablonus ir esant kitoms indikacijoms. Morsa LC Tray Lõffelplaten galima sukietinti su visais UV ir halogeninėmis šviesos prietaisais. Pagrindinės plokštelės pristatomos daugkartinio naudojimo metalinėje kasetėje, kuri gali būti naudojama kaip dėklas modeliams gabenti ar saugoti ir pan.

Šaluliniai poveikiai
Šaluliniai poveikiai nėra žinomi.

Sąveika su kitomis medžiagomis
Produkto ir jo metabolitų sąveika su kitais medicinos produktais, vaistais ar kitomis medžiagomis nėra žinoma.

Techniniai duomenys
Lenkimo stipris ne mažesnis kaip 130 N / mm2

Geriausias iki
Pasibaigus galiojimo laikui, Morsa LC Tray Lõffelplaten nenaudokite.

Galimi variantai
REF DH 000 301 NB 814 rožinis
REF DH 000 303 NB 814 mėlynas

Šalinimas
Nesukietėjusią medžiagą galima polimerizuoti su šviesa (saules ar dirbtine šviesa) ir tuomet išmesti kaip plastiko atliekas.

Apie visus rimtus su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir vatstybės narės, kurioje yra naudotojas ir vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

bg

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Ръководство за употреба

Целева група пациенти
Всички хора, за които са необходими индивидуални лъжици за хапване.

целеви потребител
Зъболекар

Състав качествени данни:
Олигомерен уретан-акрилат, винилестерна смола, 2,2 диметоксен-1,2-дифенилетан-1-он или 2,2-диметокси-2-фенилацетофенон, (+ -) - 2,3-диоксо-1,7,7-триметил-бицикло- (2,2,1) -хептан-2,3-дионат, 2-хидрокси-2-метил-1-фенил-пропан-1-он, 2-етилхексил-4- (диметиламино) бензоат, 2,2 диетоксиацетофенон, натриево-калциев силикат, аморфен силициев диоксид, пигменти (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), ароматизиращи вещества (Optamint).

Качествени данни:
100 g продукт съдържат 19 g акрилат/метакрилат и 80 g стъкло.

Предназначение на продукта
Morsa LC Tray Lõffelplaten е материал за лъжици, втвърдяващ се на светлина във видимата област, предназначен за изработване на индивидуални, устойчиви на усукване отпечатъчни лъжици, за изготвяне на захапни шаблони и други индикации. Morsa LC Tray Lõffelplaten може да се втвърдява посредством всички устройства с халогенна и UV светлина. Основните плочки се доставят в кутия, която може да се използва за транспортиране на моделите и др.

Странични ефекти
Не са известни нежелани реакции.

Взаимодействие с други лекарства
Не е известно взаимодействие на продукта и неговите метаболити с други медицински продукти, лекарства или други вещества.

Технически характеристики
Якост на огъване мин. 130 N/mm2

Срок на годност
Не използвайте повече Morsa LC Tray Lõffelplaten след изтичането на срока на годност.

Вариянти
REF DH 000 301 NB 814 розов
REF DH 000 303 NB 814 син

Отстраняване като отпадък
Невтвърден материал може да се полимеризира със светлина (слънчева светлина или изкуствена светлина) и да се отстрани след това като пластмасов отпадък.

Всеки сериозен инцидент във връзка с продукта трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която потребителят и/или пациентът е установен.

el

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Οδηγίες χρήσης

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Όλα τα άτομα για τη θεραπεία των οποίων απαιτείται η χρήση εξατομικευμένων αποτυπωμάτος.

Προβλεπόμενοι χρήστες
Οδοντίατρος

Σύνθεση ποιοτικών στοιχείων:
Ολιγομερές ακρυλικός ουρεθάνης, βινυλεστερικές ρητίνες,2,2-διμεθοξυ-1,2-διφαινυλαιθαν-1-όνη ή 2,2-διμεθοξυ-2-φαινυλοαιθανόνη, (+-) -2,3-διοξο-1,7,7-τριμεθυλ-βικυκλο- [2,2,1] -εππαν-2,3-διόνη, διφαινυλ (2,4,6-τριμεθυλβενζοϋλ) φωσφινικός οξύς, 2-υδροξυ-2-μεθυλ-1-φαινυλ-προπαν-1-όνη, 2-αιθυλεξυλ-4- (διμεθυλαμινο) βενζοϊκό, 2,2-διαιθοξυακετοφαινόνη, διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές ουσίες (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), αρωματικές ουσίες (Optamint).

Ποσοτικά στοιχεία:
100 γρ. προϊόντος περιέχουν 19 γρ. ακρυλικές/μεθακρυλικές ενώσεις και 80 γρ. ύαλο.

Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
Το Morsa LC Tray Lõffelplaten είναι ένα υλικό δακρύων φωτοπολυμεριζόμενης ρητίνης σε μορφή προκατασκευασμένων πλακών βάσης για την παρασκευή εξατομικευμένων κουταλιών δακρύων αποτύπωσης, αποτυπωμάτων ενδοστοματικής άλλων ενδείξεων. Το Morsa LC Tray Lõffelplaten μπορεί να πολυμεριστεί σε όλες τις συσκευές φωτοπολυμερισμού με λυχνία UV ή αλογόνου. Οι πλάκες βάσης προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση σε μεταλλική κασέτα, κατάλληλη για τη διακίνηση ή την αποθήκευση των μοντέλων κ.λπ.

Ανθενδείξεις
Το υλικό περιέχει μεθακρυλικές ενώσεις. Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με αλλεργία στα μεθακρυλικά ή σε κάποιο άλλο από τα υλικά που περιέχονται στο προϊόν.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Το Morsa LC Tray Lõffelplaten πολυμερίζεται με έκθεση σε ταχύ το τέλμα η κοπλατεη πολυμερικό. Η πολυμερισμένη βάση είναι ανθεκτική στη θραύση και στη φθορά.

Ειδικά μέτρα προφύλαξης
Αποφεύγετε κάθε επαφή του μη πολυμερισμένου υλικού με το μάτια και το δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της ουρήσεως. Λόγω της δημιουργίας σκόνης κατά τον τορνευτικό, χρησιμοποιείτε μία συσκευή αναρρόφησης!

Προετοιμασία/Παρασκευή
- Σχεδιάστε το περίγραμμα του μελλοντικού δακρύου στο μοντέλο.
- Δακρυοπλήστε τις περιοχές με υποκαθιστές στο σχήμα.
- Για τη συγκράτηση του αποτυπωτικού υλικού, διαχωρίστε ολόκληρο το εγχειρίδιο (π. χ. με κέρινη φύλλο) και απαιτούμενη τις ανομαλίες.
- Σε περίπτωση πολύ ξηρού γύψου, βρέξτε ελαφρώς την επιφάνεια του γύψινου μοντέλου.
- Μονωτικό μέσο ή μονωτικό μέσο αλγινικής βάσης.
- Αφαιρέστε τη πλάκα βάσης από το κουτί και τοποθετήστε το πάλι κλείστε το κουτί.
- Προσαρμόστε την πλάκα βάσης στο ακριβώς γύψινο μοντέλο και, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα νυστέρι.
- Συμπληρώστε μία λαβή από τα υπολείμματα της πλάκας βάσης και εφαρμόστε την στο δακρύου.
- Τοποθετήστε το δακρύου με το εγχειρίδιο σε μία συσκευή φωτοπολυμερισμού και πολυμερίστε χωρίς κενό.
- Αφαιρέστε το δακρύου από το εγχειρίδιο και πολυμερίστε και από τη πλευρά πλαστικό.
- Κατά τον πολυμερισμό χωρίς κενό, χρησιμοποιήστε υδατόλη για την αφαίρεση της λπαρής στρώσης.

Χρόνοι:
Επεξεργασία υπό το φως της ημέρας 20 λεπτά

Πολυμερισμός σε συσκευές με λυχνία UV ή αλογόνου, ανάλογα με τη συσκευή:
Επάνω πλευρά με εκχυσίμο 3-5 λεπτά
Κάτω πλευρά χωρίς εκχυσίμο 3-5 λεπτά

Επεξεργασία:
- Επεξεργαστείτε το ατομικό δακρύου με φρέζες καρβίδιο και λειάνετε με σμυριδόχαρτο.

Χιτώνας:
Ποσίσαετε σύνακινε ς ινδιβιδυαλνε λωκιε Morsa LC Tray Lõffelplaten ε μεσηνφεκτιον δηλαδή με βάση τη γλουταραλδεΰδη. Προδιαγραφές ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα τελικά ιατροτεχνολογικά προϊόν χρησιμοποιείται από τον οδοντίατρο π.χ. για ατομικά δακρύρια με αποτυπωτικό υλικό.

Προσοχή
Το προϊόν σχεδιάστηκε για χρήση στον οδοντιατρικό τομέα και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από διαφορετική χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει με δική του ευθύνη την καταλληλότητα του υλικού για τη δυνατότητα χρήσης του για τους προβλεπόμενους σκοπούς πριν από τη χρήση του, ιδίως όταν αυτά δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Παρενέργειες
Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Αλληλεπιδράσεις
Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις του προϊόντος και των μεταβολιτών του με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φάρμακα ή άλλες ουσίες.

Τεχνικά δεδομένα
Αντοχή στην κάμψη: τουλάχ. 130 N/mm2

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από
Μην χρησιμοποιείτε το Morsa LC Tray Lõffelplaten μετά την ημερομηνία λήξης.

Παρελλαγές
REF DH 000 301 NB 814 ροζ
REF DH 000 303 NB 814 μπλε

Απόρριψη
Το μη πολυμερισμένο υλικό μπορεί να πολυμεριστεί με φως (ηλιακό φως ή τεχνητό φως) και στη συνέχεια να απορριφθεί με τα πλαστικά απορρίμματα.

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το προϊόν, αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

hr

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Uputa za uporabu

Ciljna skupina pacijenata
Sve osobe za čiju su zubnu obradu potrebne individualne žlice.

predviđeni korisnici
Stomatolozi

Kvalitativni podaci o sastavu:
Uretanski akrilat oligomer, vinilesterska smola, 2,2-dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on ili 2,2-dimetoksi-2-fenilacetofenon, (+-) -2,3-dioksa-1,7,7-trimetil-bi-ciklo- [2,2,1] -heptan-2,3-dionat, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4- (dimetilamino) benzoat, 2,2-dietoksiacetofenon, natrij-kalcij-silikatno staklo, amorfni silicijev dioksid, boje (crveni pigment 146 = CI 12485 / plavi pigment 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / plavi pigment CI 74160 / ljubičasti pigment 19 = C.I. 73900), aromaamyador (Optamint).

Kvantitativni podaci:
100 g proizvoda sadrži 19 g akrilata/metakrilata i 80 g stakla.

Namjena proizvoda
Morsa LC Tray Lõffelplaten je materijal za izradu žlica koje polimerizacijom uz djelovanje svjetlosti, u obliku gotovih ploča (baznih pazelji) pločica, za izradu individualnih žlica za otiske otporan na uvijanje, zagrizni šablona i ostalih indikacija. Morsa LC Tray Lõffelplaten može se stvrdnuti s svim polimerizacijskim UV ili halogenim uređajima. Osnovne ploče isporučuju se u višekratnoj leći sa zaštitom od svjetlosti, koja se može upotrebljavati za transport ili čuvanje modela itd.

Indikacije
- Individualne žlice
- Zagriznа šablona
- Oklnova (baza) za ugradnju proteza
- Alat za namještanje položaja zubnih nadomjestaka
- Kontrolni zagrizi za probu konstrukcije
- Blokiranje sekundarnih konusnih ili teleskopskih krunica

Kontraindikacije
Materijal sadrži metakrilate.
Ne upotrebljavati kod pacijenata alergičnih na metakrilate ili druge tvari koje proizvod sadrži.

Svojstva proizvoda
Morsa LC Tray Lõffelplaten se polimerizira s svjetlom i stvara polimerizirani, kompaktni materijal.

Posebne mjere predostrožnosti
Izbjegavajte bilo kakav oblik kontakta nestvrdnutog materijala s očima ili kožom, uključujući i mokrenje. Zbog nastanka prašine prilikom brušenja upotrebljavati usisnu napravu!

Priprema/izrada
- Na modelu ucrtati obrise budućе žlice.
- Blokirati udubljene dijelove na modelu.
- Kao zaprjenu za otiskivanje upotrijebiti blokirati cijeli model (npr. voskom u ploči(ama) i izrezati rubove.
- Ako je gips jako suh, model kratko navlažiti ili upotrijebiti izolaciju za model ili alginat.
- Izvaditi ploču-pločicu iz kutije i zatvoriti kutiju.
- Otisnu ploču-pločicu prilagoditi blokiranom gipsanom modelu i izrezati u željeni oblik, npr. skalpelom.
- Od ostatka otisne pločice oblikovati držaku i pričvrstiti je na ploču.
- Žlicu s modelom postaviti u polimerizacijski uređaj za svjetlosnu polimerizaciju.
- Žlicu skinuti s modela i još jednom polimerizirati i dorge strane.
- Kod polimerizacije bez vakuuma ukloniti premaz alkoholom.

Trajanje pripreme:
Priprema na dnevnoj svjetlosti 20 minuta

Polimerizacija u polimerizacijskim UV ili halogenim uređajima, ovisno o uređaju:
Gornja strana s modelom 3 – 5 minuta
Donja strana bez modela 3 – 5 minuta

Izrada:
- Individualnu žlicu izradi pomoću glodalice ad hrdog metala i zaglađdi brusnim papirom.

Higijena:
Kalupe s individualnim žlicama od materijala Morsa LC Tray Lõffelplaten uroniti u dezinfekcijsku otopinu na bazi glutaraldehida. Trajanje ovisi o uputama proizvođača.

Gotovi medicinski proizvod primjenjuje se u stomatologiji, npr. za individualne žlice s materijalom za otiskovanje (otisak).

Oprez
Proizvod je namijenjen za primjenu u području dentalne medicine i mora se upotrebljavati u skladu s uputama za upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete uzrokovane nenamjenskom primjenom. Osim toga, korisnik je obvezan prije primjene samostalno provjeriti prikladnost i upotrebljivost proizvoda za predviđene svrhe, posebice ako one nisu navedene u uputama za upotrebu.

Nuspojave
Neželjene nuspojave nisu poznate.

Interakcije
Interakcije proizvoda i njegovih metabolita s drugim medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim tvarima nisu poznate.

Tehnički podaci
Otpornost na savijanje min. 130 N/mm2

Rok trajanja
Morsa LC Tray Lõffelplaten nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja.

Varijante
REF DH 000 301 NB 814 ružičaste
REF DH 000 303 NB 814 plave

Zbrinjavanje
Nestvrdnuti materijal može se polimerizirati uz djelovanje svjetlosti (sunčeve ili umjetne) i zatim zbrinuti kao plastični otpad.

Sve značajne pojave povezane s proizvodom potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnim tijelima države članice poslovnog nastana korisnika i/ili prebivališta pacijenta.

ro

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Manual de instrucțiuni

Grupul țintă de pacienți
Toate persoanele pentru a căror tratare este necesară o lingură de amprentă individuală.

Utilizatorul destinat
Medical stomatologie

Compoziție. Informații calitative:
Oligomeri de acrilat de uretan, rășină de vinilester, 2,2-dimetoxi-1,2-difeniletan-1-oală sau 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenon, (+-) -2,3-dioxo-1,7,7-trimetil-bi-ciclo- [2,2,1] -heptan-2,3-dionat, 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilhexil-4- (dimetilamino) benzoat, 2,2-dietoxiacetofenon, oxid de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) -fosfină, dioxid de siliciu coloidal, pigmenți (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromatizanți (Optamint).

Informații cantitative:
O cantitate de 100 g conține 19 g acrilat/metacrilați și 80 g sticlă.

Scopul prevăzut al produsului
Morsa LC Tray Lõffelplaten este un material de lingură de amprentă cu fotopolimerizare, sub formă de plăci de bază prefabricate, pentru realizarea de linguri de amprentă individuale, șabloane ocluzale rezistente la deformare, precum și pentru alte indicații. Morsa LC Tray Lõffelplaten poate fi polimerizat cu toate dispozitivele de fotopolimerizare a Morsa LC Tray Lõffelplaten se poate face cu aparate fotopolimerizare. Plăcile de bază sunt livrate într-o casetă reutilizabilă din metal, care poate fi folosită pentru transportul sau depozitarea modelelor etc.

Dispozitivul medical finit va fi utilizat de către medicul stomatolog, de exemplu pentru lingura de amprentă individuală cu materialul de modelare.

Precauție
Produsul a fost dezvoltat pentru utilizare în domeniul stomatologiei și trebuie să fie utilizat în conformitate cu Manual de instrucțiuni. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma altor tipuri de utilizări. În plus, utilizatorul are obligația de a examina pe propria răspundere materialul înainte de utilizarea acestuia pentru a-i verifica caracteristicile adecvate și posibilitățile de utilizare pentru scopurile preconizate. În special în cazul în care acestea nu sunt enumerate în Manual de instrucțiuni.

Reacții adverse
Nu se cunosc reacții adverse nedorite.

Interacțiuni medicamentoase
Nu se cunoaște o interacțiune medicamentoasă a produsului și a metabolilor săi cu alte dispozitive medicale, medicamente sau alte substanțe.

Date tehnice
Rezistența la încovoiere minimum 130 N/mm2

Termen minim de valabilitate
Morsa LC Tray Lõffelplaten nu se va utiliza după data de expirare.

Variante
REF DH 000 301 NB 814 roz
REF DH 000 303 NB 814 albastru

Eliminarea ca deșeu
Materialul neîntărit poate fi polimerizat cu lumină (lumina soarelui sau lumină artificială) și poate fi apoi eliminat ca deșeu de materiale plastice.

Toate incidentele grave apărute în legătură cu produsul vor trebui să fie raportate producătorului și autorității competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul.

sk

Morsa LC Tray Lõffelplaten

Návod na použitie

Používateľská cieľová skupina
Všetky osoby, pre ktorých sa ošetrenie ktorých sú potrebné individuálne lyžice.

Predpokladaný používateľ
Zubný lekár

Zloženie a kvalitatívne údaje:
oligomerný uretánakrylát, vinylesterová živica, 2,2-dimetoxy-1,2-difenyletán-1-on alebo o 2,2-dimetoxy-2-fenylacetofenón, (+-) -2,3-dioxo-1,7,7-trimetyl-bicyklo- (2,2,1) -heptán-2,3-dionát, 2-hydroxy-2-metyl-1-fenyl-propán-1-ón, 2-etylhexyl-4- (dimetylamino) benzoát, 2,2-dietoxyacetofenón, sodnovápenaté sklo, amorfná kyselina kremičitá, tepivo (červený pigment 146 = CI 12485 / modrý pigment 29 = CI 77007 / D&C červený 30 = CI 73360 / pigment Pigment Blue CI 74160 / fialový pigment 19 = C.I. 73900), aromatizéry (optamint).

Kvantitatívne údaje:
V 100 g je 19 g akrylátu/metakrylátu a 80 g sklá.

Účel a určenie výrobku
Morsa LC Tray Lõffelplaten je na svetle tvrdnúci živicový materiál v tvare predpolotovarových podobných doštičiek na výrobu individuálnych odtláčkových lyžíc, zhryzových šablón a iných indikácií. Morsa LC Tray Lõffelplaten možno vytvrdiť vo všetkých UV a halogénových svetelných zariadeniach. Bežne dostupné sa dodávajú v opakovane použiteľnej dóze chrániacej pred svetlom, ktorú možno použiť aj ako zásobník na prepravu alebo skladovanie modelov atď.

Indikácie
- Individuálne lyžice
- Zhryzové šablóny
- Základne pre zostavy protetéz
- Kľúče na registráciu oporných zubných protetík
- Kontrolné značky pre skúšky konštrukcie
- Zablokovanie sekundárnych alebo teleskopických elebo teleskopických konusov

Kontraindikácie
Materiál obsahuje metakrylát.
Nepoužívajte u pacientov s alergiou na metakryláty alebo iné látky obsiahnuté vo výrobku.

Charakteristické vlastnosti výrobku
Morsa LC Tray Lõffelplaten sa svetlom polymerizuje, čím vzniká pevný a kompaktný polymerizát.

Špeciálne preventívne opatrenia
Zabráňte akémukoľvek kontaktu nevytvrdeného materiálu, a teda aj inhibovanej vrstvy, s očami a pokožkou.
Kvôli tvorbe prachu pri obrusovaní používajte odsávanie!

Príprava/Izolácia
- Obrys budúcej lyžice zakreslite na model.
- Obliakajte spodnezia obmocja na modelu.
- Na zhryzovú hmotu na modelovanie blokujte celoten model (npr. s plastom vosku) a lyžicu orezajte.
- Pri zelo suhom meucu, model na krátko podkropte z vody, ab pa uporabite ali agelo vmočite model v vodo ali izolacijo.
- Odstranite osnovno ploščo iz pločevinke in ponovno zaprite.
- Osnovno ploščo prilagodite blokiranom modelu gipsa i izrežite je npr. skalpelom, u željeni oblik.
- Od ostatka osnovne ploče oblikovati držaku i pričvrstiti je na ploču.
- Žlico s modelom položite v svetlobno napravo in brez vakuuma polimerizirajte.
- Žlico snemite z modela in s spodnje strani še enkrat polimerizirajte.
- Pri polimerizaciji brez vakuuma za odstranjevanje namazane plasti uporabite alkohol.

Časi:
Obdelujte na dnevni svetlobi 20 minut

Polimerizácia v napravách UV ali halogenih svetlobnih napravách, odvisno od napravy:
Zgornja stran z modelom 3–5 minút
Spodnja stran brez modela 3–5 minút

Izdelava:
- Individuálnu žlico obrežte a zrezkarjem iz karbidne tratine in jo zgladite z brusnim papirjem.

Higiena:
Odtlače z individuálnymi žlicami Morsa LC Tray Lõffelplaten položíte v dezinfekčnú roztopinu na osnovi glutaraldehidu. Trajanje je odvisno od udtrezbi od pokdzbkoy proizvajalca.

Končni medicinálni izdelek uporabi zobozdravnik, npr. za individuálne žlice z modelarským materiálom.

Prevádza
Izdelek je bil razvit za uporabo v zobozdravstvu in ga obvezno uporabljajte v skladu z navodili